

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অবসর ভবন

৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন : ২২২২৪০১৯০, ৪৮১২২৯৮৭, ২২২২৪০১৮৯

Email : brgewa@gmail.com

Web : www.brgewa.com

নং-০৭/২০২৩. ৭৪৫

তারিখ : ২৬/০১/২৪

কোটেশন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নতুন ভবনের ইমার্জেন্সি সিঁড়ি ও বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন সংস্কার কাজের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্রে তফসিলে আইটেম অনুযায়ী মূল্য উল্লেখ করতে হবে।

আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ আগামী ২৫ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ অপরাহ্ন ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত সমিতির অফিস হতে দরপত্রের তফসিল বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবে এবং দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আগামী ২৮/০১/২০২৪ তারিখ (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে কোটেশন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, কাজের বিল হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সসহ দরপত্র দাখিল করতে হবে। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল কোটেশন গ্রহণ/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম)

পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)

তারিখ : ২৬/০১/২৪

নং-০৭/২০২৩. ৭৪৫ (৫)

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। সভাপতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, সদয় অবগতির জন্য।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রোগ্রামার -----(সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ)।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম)

পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অবসর ভবন

৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ২২২২৪০১৯০, ৪৮১২২৯৮৭, ২২২২৪০১৮৯

Email : brgewa@gmail.com

Web : www.brgewa.com

নং-০৫/২০২৪. ৭৯৭

তারিখ : ২১/০৭/২৪

কোটেশন বিজ্ঞপ্তি


বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের কার্ডিয়াক বিভাগে নিম্নবর্ণিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক একটি ইসিজি মেশিন ক্রয়ের লক্ষ্যে সরবরাহকারী/বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোটেশন আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্র.নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
01	ECG Machine 12 Channel, Having Auto Report, 8.9" Touch Screen color Disply & built in rechargeable battery with standard Accessories.	১টি	প্রস্তুতকারী দেশ, ব্রান্ড ও ওরেন্টিকালসহ কোটেশন দাখিল করতে হবে।

Technical Specification:

1. System should be Microprocessor augmented automatic electrocardiograph; 10-lead wire acquisition with programmable lead.
2. System should have Age and gender specific ECG interpretation
3. System should provide 12-lead analysis includes measurements
4. System should be able to store minimum 300 records consisting of 10 second.
5. System should have 200 minutes Digital Rhythm or Full Disclosure records
6. System should have Common mode >125 dB (>100 dB with AC filter disabled rejection and Input impedance >50MΩ @ 10 Hz. And Patient leakage <10 μA
7. System should have Defibrillation protection as per IEC 60601-2-25:2011.
8. System should have inbuilt thermal printer A4 size.
9. System should have Writer speeds 5, 12.5, 25, and 50 mm/s.
10. System should have Battery capacity Minimum 180 minutes with acquiring and printing a single page ECG report every 15 min
11. System should have minimum Display of 8.9" diagonal. Capacitive (PCAP) multipoint touch input that works while wearing medical exam gloves
12. System should have Smart Lead technology - Smart Lead Technology automatically detects a newly connected patient, eliminating mix-ups
13. System should have Auto-ECG algorithm - Immediately capture and display the first clean, high-quality ECG.
14. System should be able to review up to 5 minutes of 12 Lead ECG, ability to select 10 second Resting ECG records, ability to generate 5 minute single lead full disclosure report.
15. System should have provision to Send data to shared folder or SFTP destination of your choice easily by exporting via PDF or XML.
16. System should have Critical values are highlighted on ECG reports. Event detections & Customizable thresholds for multiple ECG measurements must be incorporated in report
17. System should have Enhanced Hook up Advisor using patient map for guiding to a clean, high-quality waveform.
18. System should be European CE /US FDA approved
19. ECG Acquisition bandwidth should be 0.04Hz to 300Hz
20. System should also support Advanced secure logins using LDAP
21. Scope of Supply with each machine
 - a. ECG machine (With Built-in A4 Thermal Printer)- 01 Nos
 - b. Interpretation and Measurements- Inbuilt
 - c. LAN Facility for PDF report transfer to Network Shared folder- Inbuilt
 - d. Auto-ECG algorithm for quick capture of the first clean & high-quality ECG- Inbuilt

অঃ পূঃ দ্রঃ



বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি

অবসর ভবন

৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ২২২২৪০১৯০, ৪৮১২২৯৮৭, ২২২২৪০১৮৯

Email : brgewa@gmail.com

Web : www.brgewa.com

নং-৪১/২০২১.৭৮৫

তারিখ : ২৬/০১/২৪

কোটেশন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি কার্যালয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের বসার রুমে একটি মিনি কনফারেন্স টেবিল (সাইজ : ৮ ফুট x ৩.৫ ফুট x ২.৫ ফুট) তৈরীর জন্য ছকে বর্ণিত মালামাল দ্বারা কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকৃত ঠিকাদারী/সরবরাহকারী/নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে :

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	বার্মাটিক বোর্ড ১৮ মি.মি	০১টি
০২	গর্জন বোর্ড ১৮ মি.মি	৩টি
০৩	সেগুন কাঠ (বিটের জন্য)	পরিমাণমত
০৪	পলিশ ও হার্ডওয়ার মালামাল	পরিমাণমত
০৫	গ্লাস ৮ মি.মি	২৮ বর্গফুট
০৬	গ্লাস রেইজিং করা, কাঠ মিস্ত্রি ও হেল্লার পলিশকরণসহ মজুরী	
০৭	কাঠ, বোর্ড ও অন্যান্য মালামাল পরিবহন	

আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে আগামী ২৮/০১/২০২৪ তারিখ (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে কোটেশন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, কাজের বিল হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সসহ দরপত্র দাখিল করতে হবে। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল কোটেশন গ্রহণ/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম)

পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)

নং-৪১/২০২১.৭৮৫ (৫)

তারিখ : ২৬/০১/২৪

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। সভাপতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, সদয় অবগতির জন্য।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রোগ্রামাইটর ----- (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ)।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম)


পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)

-০২-

- e. Critical Values feature for highlighting the parameters beyond the limits- Inbuilt
 - f. A4 Thermal ECG paper-02 Packs
 - g. Power cord- 01 Nos
 - h. Patient cable, chest bulb electrodes-1 set, Limb clamp electrodes-1 set
 - i. Trolley Imported- 01 Nos
22. Country of Origin- USA/UK/China
23. Quality US FDA and CE approved

আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে আগামী ২৮/০১/২০২৪ তারিখ (সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে কোটেশন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, কাজের বিল হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের ড্রেড লাইসেন্সসহ দরপত্র দাখিল করতে হবে। কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন/সকল কোটেশন গ্রহণ/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।


(ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম)
পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)



তারিখ : ২৩/০১/২৪

নং-০৫/২০২৪. ৭৮৭ (৫)

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। সভাপতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, সদয় অবগতির জন্য।
- ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রোগ্রামার ----- (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ)।

/
(ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম)
পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)